

English

English

Working Instructions



MaxiFresh™

Fields of application:

The **MaxiFresh™** cleaning tablet is used for the outer cleaning and care of dental splints and sport mouthguards.

Frequency of use:

We recommend daily cleaning. This will prolong the durability of your top-quality dental splint and safeguard an impeccable hygiene and function.

Composition:

The cleaning tablet contains pentapotassium bis (peroxymonosulphate)bis(sulphate) disodium carbonate, compound with hydrogenperoxide (2:3), Anionic surfactant.

Application:

Put the cleaning tablet into the **MaxiFresh™** bowl filled with 150 ml of water with a temperature of 37 °C.

Please note: In cooler water the cleaning tablet might not dilute completely. After the dilution of the tablet, the reaction time should be at least 15 minutes, the maximum should be 60 minutes.

When reaction time has passed take the dental splint out of the **MaxiFresh™** bowl, and – with the help of the insert – rinse thoroughly with clear water. Then dry the surface.

Keep away from children! Only for dental use!

Storage conditions:

At room temperature, i.e. 18°C–28°C

Durability: see date of expiry

MaxiFresh™ is not to be used when expiry date has passed.

Form of delivery:

Item no. D-4100

**24 MaxiFresh™
cleaning tablets incl.
MaxiFresh cleaning bowl**

Item no. D-4101

**24 MaxiFresh™
cleaning tablets Refill Set**

Hazard-determining components of labelling:
pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate), citric acid, disodium carbonate, compound with hydrogenperoxide (2:3), Anionic surfactant

Hazard statements:

H302 Harmful if swallowed.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.

Precautionary statements:

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 Keep out of reach of children.
P103 Read label before use.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P303+P361+P353

IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

P305+P351+P338 IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P405 Store locked up.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

This product was developed for dental lab use and has to be applied according to the instructions. In the case of damages resulting from ulterior or improper use, the manufacturer assumes no liability. The user is generally obligated to check the product before use. Especially if the purpose is not mentioned in this instructions.

Date of information: 03/2015

MaxiFresh™

Gebrauchsinformation

Working Instructions



Gebrauchsinformation



MaxiFresh™

Anwendungsgebiete:

Die MaxiFresh™ Reinigungstablette dient der äußeren Pflege und Reinigung von dentalen Zahnschienen und Sportmundschützern.

Anwendungshäufigkeit:

Wir empfehlen eine tägliche Reinigung. Nur eine tägliche Reinigung erhöht die Lebensdauer Ihrer hochwertigen Zahnschiene und gewährleistet eine einwandfreie Hygiene und Funktion.

Zusammensetzung:

Die Reinigungstablette enthält Kaliumperoxomonosulfat, Natriumpercarbonat und Anionisches Tensid.

Anwendung

Legen Sie die Reinigungstablette in den mit 150 ml und 37°C warmen Wasser gefüllten MaxiFresh™ Reinigungsbehälter.

Hinweis: Die Verwendung von kälterem Wasser kann dazu führen, dass sich die Reinigungstablette nicht vollständig auflöst.

Nach dem Auflösen der Tablette sollte die Einwirkzeit mindestens 15, maximal 60 Minuten betragen.

Nach Beendigung der Einwirkzeit wird die gereinigte Zahnschiene dem MaxiFresh™ Reinigungsbehälter entnommen und unter Zuhilfenahme des Einsatzes, wird diese gründlich unter klarem Wasser abgespült. Danach trocknen Sie die Oberfläche ab.

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch verwenden!**

Lagerungsbedingungen

Bei Raumtemperatur, d. h. 18 °C–28 °C lagern.

Haltbarkeit: siehe Ablaufdatum

MaxiFresh™ nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Lieferform

Art.-Nr. D-4100

24 MaxiFresh™
Reinigungstabletten
inkl. Reinigungsbehälter

Art.-Nr. D-4101

24 MaxiFresh™
Reinigungstabletten Refill Set

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Kaliumperoxomonosulfat, Zitronensäure, Natriumpercarbonat, Anionisches Tensid.

Gefahrenhinweise:

H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P303+P361+P353

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich, vor dessen Einsatz, auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen. Insbesondere, wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation stehen.

Stand der Information: 03/2015



Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Code letter and hazard designation of product:

