

# DS 50 Injektor



## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung : der DS-50 Injektor für das Applizieren von 1:1 Silikonem in 50 ml Doppelkartuschen bestimmt.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

### Eigenschaften:

Farbe : Grau  
Kartuschenvolumen : 50 ml  
Volumenverhältnis : 1:1 / 2:1  
Übersetzungsverhältnis : 1 / 9  
Stößelvorschub pro Hub: 6.5 mm  
Volumen pro Hub : ca. 3.7 ml  
Gewicht netto: 276 g

### Desinfektion von DS Austraggeräten :

Das oben genannte DS Austraggerät wurde auf Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln geprüft. Es wurden jeweils 1000 Desinfektionszyklen gemäss Herstellerangaben durchgeführt. Anschließend an die Desinfektion wurden mit den Geräten Dauertests durchgeführt.

Der Desinfektionsprozess bewirkte bei einigen Materialien eine geringfügige Verringerung der Festigkeit und leichte Farbveränderungen. Auf die Funktion und die Lebensdauer der Geräte konnte kein nennenswerter Einfluss durch die Desinfektionsmittel festgestellt werden.

Die Auswahl der auf dem Markt befindlichen Desinfektionsmitteln ist immens.

Diese Vielfalt ist stetigen Veränderungen unterworfen. Dreve kann daher keine generelle Gewähr der Beständigkeit gegenüber allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln übernehmen.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

[info@dreve.de](mailto:info@dreve.de)

[www.dreve.com](http://www.dreve.com)